


Protection et entretien des sondes d'échographie

Règles d'hygiène « standard »

- Friction hydro-alcoolique des mains **avant et après** l'examen
- **Port de gants** non stériles à usage unique pour l'échographie **endovaginale**



Sondes : protection et traitement requis



Si rupture de la gaine ou contamination de la sonde lors du retrait de la gaine : Nettoyage et désinfection par immersion puis rinçage.

En fin de journée : Nettoyage, rinçage, séchage et stockage de la sonde dans un endroit propre